

江苏大学能源研究院文件

能研院〔2019〕6号

能源研究院实验室日常安全卫生检查实施办法 (试行)

为加强研究院实验室管理，维护正常的教学和科研秩序，保障师生员工人身安全和学校财产安全，根据相关规定要求，结合能源研究院实际，经院安全工作领导小组研究讨论，制订研究院实验室日常安全卫生检查实施办法如下：

一、检查方式

采用不定期检查，以全面检查和抽查相结合方式，对研究院实验室（包括教学实验室和科研室）进行日常安全卫生检查。

二、检查人员

1、实验室自查工作

各实验室负责人需对所负责的实验室进行日常的自查工作，实验室安全自查次数每周1次（每月4次），并填写自查情况表（见附表1）。自查情况表需于每月月底前汇总好后提交至研究院安全领导小组存档。

2、实验室巡查工作

每次检查由师生组成联合检查小组，由能源研究院安全工作委员会成员和2名研究生组成，由安全工作领导小组组长任负责人，2名研究生由各课题组轮流推荐。

三、检查内容

实验室安全卫生检查，逐项检查和记录。检查时，需在实验室安全检查记录本上做好文字记录，并拍照留证。

四、结果处理

1、检查结果汇总和公布

每次检查结束，由当次检查小组负责人汇总检查结果，电子文档报研究院安全领导小组，由研究院安全领导小组存档并负责发布。

2、检查整改及相关处理

相关实验室自检查结果发布 1 周内必须完成问题整改。若不整改或整改不到位，由研究院安全工作领导小组责令暂停实验室开放，直至整改达标为止；相关实验室若是危化品管理方面屡次出现问题，将暂停其订购危化品资格；同一实验室屡次出现安全问题，研究院安全工作领导小组主要领导将对课题组负责人进行诫勉谈话，结果作为教师年终考核依据之一。

能源研究院

2019 年 6 月 28 日

附表 1

实验室安全自查表

____ 年 ____ 月 ____ 日

实验室房间号：_____ 责任教师 _____

序号	检查内容	自查项目	扣分	自查扣分情况
1	实验室环境 (20分)	1) 实验室每日进出情况未记录	6分	
		2) 实验室未确立安全责任人	2分	
		3) 实验室未安排值日等制度	2分	
		4) 实验室卫生状况较差, 纸箱杂物堆放	2分	
		5) 实验室台面、仪器表面及地面不干净	2分	
		6) 实验室内放置生活用品(餐具、食物)等	2分	
		7) 实验室进出通道被堵塞	2分	
		8) 实验室外堆放实验废弃物	2分	
2	水电及消防安全 (20分)	1) 下雨天未关门窗	2分	
		2) 乱拉乱接电线	2分	
		3) 电线老化、裸露	2分	
		4) 接线板直接放在地面	2分	
		5) 多个接线板串联(3个以上)	2分	
		6) 插座插头破损仍在使用	2分	
		7) 实验室内仍使用旧国标的插座	2分	
		8) 灭火器摆放在角落, 难以取用	2分	
		9) 大型精密仪器设备未配备二氧化碳灭火器	2分	
		10) 灭火器已过期或失效的(压力指针不在绿色区域)	2分	
3	化学试剂安全 (16分)	1) 化学试剂瓶标签脱落、模糊	2分	
		2) 试剂瓶、烧瓶等开口放置	2分	
		3) 试剂柜内没有粘贴存放的药品清单	2分	
		4) 强酸与强碱试剂未分开存放	2分	
		5) 氧化剂与还原剂未分开存放	2分	
		6) 易燃易爆试剂在实验室内存放量过大	2分	
		7) 废液桶未贴好标签, 未分类存放	2分	
		8) 易制毒化学品未实行双人双锁管理措施	2分	

序号	检查内容	自查项目	扣分	自查扣分情况
4	仪器设备安全 (24分)	1) 冰箱、烘箱周围堆放杂物(四周安全距离<0.1m)	2分	
		2) 通风橱操作区域内堆放物品过多	2分	
		3) 通风橱下面的柜子内放置液体试剂	2分	
		4) 电吹风用毕, 未及时拔除电源插头	2分	
		5) 烘箱、冰箱等设备带病使用或超过使用期限	2分	
		6) 在烘箱内烘烤塑料、纸质物品、有机溶液	2分	
		7) 实验用冰箱内放置食物	2分	
		8) 气瓶的气体管路破损或老化	2分	
		9) 气瓶没有采用固定措施	2分	
		10) 气瓶混放(如可燃性气体与氧气瓶等助燃气体)	2分	
		11) 电脑、空调、饮水机等随意开机过夜	2分	
		12) 精密仪器或具有危险性的仪器设备没有操作指南和危险警示标志	2分	
5	实验习惯 (20分)	1) 本月未对该室内研究生和本科生进行安全教育	2分	
		2) 未通过实验室安全考试者而进入实验室实验	2分	
		3) (计划外人员) 进入实验室无登记	2分	
		4) 抽查发现不会使用消防设施	2分	
		5) 实验中未穿实验服或防护服	2分	
		6) 实验中穿拖鞋、凉鞋进行实验	2分	
		7) 在实验室内抽烟的	2分	
		8) 有异味或可能发生危险的实验不在通风橱内进行	2分	
		9) 废液直接倒入下水道	2分	
		10) 离开实验室时忘随手锁门、忘关照明灯	2分	

实验室负责人签字: