

能源研究院实验室安全管理周报

(2021年12月06日-12月12日 第 13 期)

1. 研究院实验中心安排电工师傅对实验室电路进行改造，对研究院所有需要增加插座的实验室逐一考察，与实验室负责人、相关师生一起确定插座数量及位置，在上周完成的基础上，本周所有实验室已经完成了实验室电路改造工作，解决了实验室使用接线板串联等实验室安全隐患。

2. 实验中心组织危险废弃物回收 1 次。

3. 实验中心进行 11 件设备的固定资产登记工作。

4. 实验中心进行了 3 件仪器验收工作，在财务处关账前对所有耗材、维修及设备购买等进行核实，完成所有财务工作。

5. 安全检查

12 月 06 日至 12 月 12 日共组织开展安全检查 1 次，总体情况良好，安全隐患如下：

能源研究院实验室疫情防控和安全检查报告

检查组成员	能源研究院实验中心		记录人	冷钰鹏	检查时间	2021 年 12 月 11 日下午
序号	部位	隐患内容			隐患数	
1	329 室	管控类试剂未上锁，违反教育部《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》8.4.1 条款；吹风机插头用完未拔，违反教育部《高等学校实验室安全检查项目表（2021）》12.4.5 条款；			2	